



ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ  
11000 БЕОГРАД, Булевар деспота Стефана 54а  
Централа: 20 78 600  
Директор - тел: 32 33 976, факс : 32 27 828, Е-mail:  
[info@zdravlje.org.rs](mailto:info@zdravlje.org.rs)  
Жиро рачун: 840 – 627667 - 91

51 DEC 2015

Датум:  
Озн: V-4  
број 3719/9

На основу члана 107. став 3. и 108. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и члана 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, доноси се следећа

#### ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

По спроведеном отвореном поступку јавне набавке број ВНР 22-I-46/15, НАБАВКА ДВА ЈОНСКА ХРОМАТОГРАФА СА СУПРЕСОРИМА И АУТОСЕМПЛЕРИМА, одлучено је да се уговор додели понуђачу „PRIMALAB“ д.о.о, Булевар Зорана Ђинђића 123, Београд, у износу од 9.935.251,20 динара без пдв-а, односно 11.922.301,44 динара са пдв-ом, а сагласно Извештају о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку број 3719/8 од 30.12.2015.године.

#### Образложење

Градски завод за јавно здравље, Београд донео је одлуку број V-4-3719/2 о покретању поступка јавне набавке број ВНР 22-I-46/15, НАБАВКА ДВА ЈОНСКА ХРОМАТОГРАФА СА СУПРЕСОРИМА И АУТОСЕМПЛЕРИМА, чија је укупна процењена вредност 10.000.000,00 динара без пдв-а.

Јавно отварање понуда одржано је дана 20.11.2015. године. До истека рока за достављање понуда достављено је три понуде, што је констатовано и Записником о отварању понуда.

Комисија је размотрила приспеле понуде и констатовала следеће:

Предмет јавне набавке	НАБАВКА ДВА ЈОНСКА ХРОМАТОГРАФА СА СУПРЕСОРИМА И АУТОСЕМПЛЕРИМА ОРН: 33100000 – медицинска опрема
Процењена вредност	10.000.000,00 динара без ПДВ-а
Уговорена вредност	9.935.251,20 динара без пдв-а
Датум објаве Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки <a href="http://www.ujn.gov.rs">www.ujn.gov.rs</a> и интернет страници ГЗЈЗ	20.10.2015. године

На основу позива за подношење понуда, до истека рока за подношење понуда, пристигле су следеће понуде:

- Понуђача „PRIMALAB“ д.о.о, Булевар Зорана Ђинђића 123, Београд, са укупном понуђеном ценом у износу од 9.935.251,20 динара без пдв-а, односно 11.922.301,44 динара са пдв-ом;

2. Групе понуђача „SHIMADZU“ д.о.о, Гоце Делчева 46/л, Београд и Огранак SHIMADZU BRANCH Београд, Гоце Делчева 46/л, Београд са укупном понуђеном ценом у износу од 5.339.673,00 динара без пдв-а, односно 6.407.607,60 динара са пдв-ом;
3. Понуђача „ANALYSIS“ д.о.о, Гандијева 76 а, Београд, са укупном понуђеном ценом у износу од 10.200.000,00 динара без пдв-а, односно 12.240.000,00 динара са пдв-ом;

Неблаговремених понуда није било.

Након прегледа и стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку утврдила је да је понуда понуђача „PRIMALAB“ д.о.о – прихватљива.

Такође, Комисија за јавну набавку констатовала је да је понуда групе понуђача „SHIMADZU“ д.о.о, Гоце Делчева 46/л, Београд и Огранак SHIMADZU BRANCH Београд, Гоце Делчева 46/л, Београд, неприхватљива и то из разлога што садржи битне недостатке (члан 106. став 1, тачке 2) и 5)):

- Понуђени уређај не испуњава техничке карактеристике наведене у одељку 3 Конкурсне документације, а што је прописано као додатни услов и то:

1. Потпуна видљивост свих делова система – није испуњен

#### Пумпа

2. Захтевани проток високог притиска тражена 0...20 mL/min понуђена 10mL/min - не одговара захтеваној спецификацији

#### Колона

3. Захтевана Ањонска колона и претколона за одређивање стандардних ањона (F-, CH<sub>3</sub>COO<sup>-</sup>, Cl<sup>-</sup>, NO<sub>2</sub><sup>-</sup>, Br<sup>-</sup>, NO<sub>3</sub><sup>-</sup>, PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>, SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>), DCA и oxyhalida (ClO<sub>2</sub><sup>-</sup>, ClO<sub>3</sub><sup>-</sup>, BrO<sub>3</sub><sup>-</sup>), према методи US EPA 300 A & B одговара понуди страна 5/6, у прилогу је достављена спецификација понуђене колона Shim-pack IC-SA3. У спецификацији нису достављени подаци о DCA I CH<sub>3</sub>COO<sup>-</sup>.

#### Детектор

4. Тражено - Шум детектора: <0,1 nS/cm. Понуђено: шум детектора у понуди страна 3/6 наведено <0,1 nS/cm у опсегу до 15000 μS/cm. Доказ спецификација 11.1 Noise level suppressor system 0,7nS/cm, non-suppressor system 4nS/cm страна 11-2. Дуги податак о CDD detektoru Noise level Suppressor system <0,7 nS/cm, страна 3-2

5. Тражено - Стабилност температуре <0,001 °C, – понуђено - стабилност температуре max 0,1°C

6. Тражено - Резолуција детектора: <0,005 nS/cm - понуђено - резолуција детектора 0,01μS/cm

#### Аутосамплер

7. Тражено – аутосамплер са минимум 140 радних места за кивете запремине око 10 ml и минимум 2 места за испирање - понуђено аутосамплер са 150 места са киветама од 1ml, и није достављена потврда да се систем испира након ињектирања узорка

8. Тражено: аутоматска филтрација узорака кроз један заједнички филтер од регенериране целулозе величине пора 0,2 μm пре ињектирања, понуђени производ нема доказ да постоји филтрација узорка пре ињектирања.

- У одељку 3 конкурсне документације прописана је гаранција на ањонски супресор у трајању од минимум 10 година од дана инсталације и пуштања у рад, а у предметној понуди, у обрасцу понуде из Конкурсне документације, гаранција се даје на период од 7 година. У обрасцу понуде који је дат на меморандуму Групе понуђача наведен је предметни рок у трајању од 10 година. У одељку 6 Конкурсне документације, у Упутству за сачињавање понуде, стоји: „Понуда мора бити у

писаном облику, на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и недвосмислена. Понуђач гарантује, да је понуда коју подноси, дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки, односно интернет странице Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен, непромењеног садржаја. У случају да понуђач приликом попуњавања понуде треба да исправи неки свој погрешно уписан податак, потребно је да исправку парафира и овери печатом". На основу наведених неподударности у самој Понуди, није могуће утврдити стварну садржину понуде, а такође, Конкурсном документацијом је јасно захтевано да се понуда сачињава на обрасцима Наручиоца;

- У споразуму о заједнику наступању чланова групе понуђача у јавној набавци није јасан предмет јавне набавке у циљу чије реализације је исти и сачињен, имајући у виду да је у члану 1. предметног уговора наведен други наручилац. Такође, чланом 81., став 4. Закона, прописано је да овакав споразум у себи мора садржати:
  - „1. Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно поднети понуду и заступати групу понуђача пред наручиоцем;
  - 2. Опис послова сваког члана групе у извршењу уговора“.

Како је у достављеном уговору дефинисано да се „Огранак SHIMADZU BRANCH Београд обавезује да пружи неопходне референце за јавну набавку“ – из истог се не може закључити које би конкретне послове овај члан групе обављао у циљу извршења самог уговора који би након поступка јавне набавке био закључен.

На крају, Комисија је утврдила да је и понуда понуђача „ANALYSIS“ д.о.о неприхватљива, и то из разлога што садржи битне недостатке (члан 106. став 1, тачка 2) и 3)) - нису достављени докази о испуњавању додатних услова (осим доказа пословног капацитета) као ни захтевано средство финансијског обезбеђења. Поред наведеног, предметна понуда је неприхватљива и из разлога што понуђена цена прелази вредност процењене вредности јавне набавке.

Узимајући у обзир наведено, Комисија за јавну набавку констатовала је да је за јавну набавку број ВНР 22-I-46/15, **НАБАВКА ДВА ЈОНСКА ХРОМАТОГРАФА СА СУПРЕСОРИМА И АУТОСЕМПЛЕРИМА**, једину прихватљиву понуду поднео понуђач „PRIMALAB“ д.о.о, Булевар Зорана Ђинђића 123, Београд, са укупном понуђеном ценом у износу од 9.935.251,20 динара без пдв-а, односно 11.922.301,44 динара са пдв-ом и предложила да се уговор додели наведеном понуђачу доношењем одлуке о додели уговора.

На основу предлога Комисије донета је одлука како је наведно у диспозитиву.

Одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења.

**Доставити:**

- директору;
- Комисији за јавне набавке;
- Сл. за правне посл.;
- Сл. за екон-финан послове;
- Портал јавних набавки;
- архиви.

**ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА  
ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ**  
  
Проф. др Душанка Матијевић, специјалиста  
социјалне медицине

**Поука о правном леку:** Захтев за заштиту права може се поднети Наручиоцу у року од 10 дана од дана објаве одлуке на Порталу јавних набавки